

牙科综合治疗台配置及技术参数

技术参数

*1、牙科种植专用综合治疗台左右互换式高端联动式牙椅，可旋转角度为 180 度，助手空间最大化，也可适用左手和右手医生交互使用。

最低椅位小于 450mm，最高椅位大于 700mm；

椅位载重量 150kg（不含治疗机）；

椅位升降速度 $\geq 15\text{mm/s}$ ，升降十分稳定；

座垫后倾角度 ≤ 10 度；

靠背运动 0 度至 70 度。

1.1、头枕可调整，头靠伸缩长度小于 120mm，头枕前倾角度 20 度，后倾角度 40 度。

1.2、噪音 ≤ 45 分贝，转动电机采用静音直流进口电机，保证医院安全使用。

1.3、该机有手控及脚控四个方向椅位操作方式，具有微机控制系统，设有复位及 PLC（可编程控制器：根据用户要求和用已经编程的逻辑来对电路等进行控制）功能。

1.4、该机美观大方，符合人体功能学的原理，欧式风格造型。皮垫采用超纤环保皮，柔软舒服。

2、治疗机

2.1、全电脑控制、平面操作开关面板，方便医生观摩和操作，也不易造成错误操作。

2.1.1 椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾、复位及 PLC 功能。

2.1.2 LED 手术专用灯控制：按键/感应操控无影灯的强弱光开关。

2.1.3 漱口给水控制：按键点动操作开、关，可定量给水设定功能及自动给水器给水功能。

2.1.4 痰盂冲水控制：按键点动操作开、关及自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。

2.1.5 低压观片灯控制：拨动操作开、关。

2.1.6 净水系统一套：可供给手机纯净水、蒸馏水等干净水源。带调节开关，方便操作。

2.1.7 可 180 度移动箱体：方便助手位、左手操作、术后清洁及后期售后。

*2.2、器械盘

二套四孔标准高速手机管。

一套四孔标准低速手机管。

配置：一套三用喷枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。

配置易清洁器械盘一套及观片灯。

调节水气阀位于手机挂架旁，为医生工作过程中带来方便。

移动式 304 不锈钢工具盘，移动式 304 不锈钢推车带有升降功能，更方便医生操作。

2.3、助手侧置

2.3.1 一支强吸，一支弱吸。

2.3.2 带负压强弱吸唾管可轻易更换

2.3.3 配置一套三用枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）

2.3.4 提供由护士操作的冲盂、供水及椅位控制情况。

2.4、LED 口腔专用手术冷光灯
口腔冷光灯可红外感应开关控制无级调光+ 手动开关
可调试无极档位，低档≥8000Lx，高档≥20000Lx，
色温 6000-6500K。

2.5、玻璃痰盂
2.5.1 易清洗、易消毒、方便拆卸。
2.5.2 痰盂下水速度≥4.5Lmin。

2.6 配置同颜色医师转椅一张、护士椅一张。可调节高度，移动灵活。
2.6.1 医师椅升降范围 130mm。
2.6.2 医师椅最大载重量为 155kg。
2.6.3 医师转椅带腰靠调节，利于稍长时间工作

其它参数

- (1) 减少占地面积，易清洁。
- (2) 出厂前的严格按 GB9706.1 要求，每台进行电介强度，漏电流，接地电阻三大安全参数测量。
- (3) 普通自来水、气源及电源即可正常工作。
- (4) 安装面积为 3×3 平方米。
- (5) 设备出厂时配有：使用手册、装箱清单、保修卡及负责安装

配置清单

序号	名称	单位	数量	备注
1	三用枪（冷、热）	支	1	（冷、热）
2	自动恒温给水系统	套	1	
3	自动冲盂给水系统	套	1	
4	净水瓶系统	套	1	
5	强吸唾器	套	1	
6	弱吸唾器	套	1	
7	控制系统	套	1	（24V 静音安全直流电压）
8	主副手控制系统	套	1	
9	移动小车不锈钢操作盘	套	1	（升降功能）

10	不锈钢工具器械盘	套	1	(带气锁)
11	多功能脚踏脚踏	套	1	
12	24V 全景 LED 观片灯	套	1	
13	LED 口腔手术专用灯	套	1	
14	高温玻璃陶瓷痰盂	个	1	
15	冲盂漱口定量给水自动系统	套	1	
16	高级舒服坐垫	套	1	
17	高级可调位头枕	套	1	
18	新一代联动大椅架	套	1	
19	一次成型扶手	套	1	
20	内置地箱	套	1	
21	医生坐椅 C 型	张	1	
22	医生坐椅 A 型	张	1	
23	内窥镜支架+内窥镜系统	套	1	