

项目四:可视喉镜参数及配置清单

- 1、整机由喉镜片和显示器两部分组成
- * 2、显示器能上下 $0^{\circ} \sim 130^{\circ}$ 转动, 左右 $0^{\circ} \sim 270^{\circ}$ 转动
- * 3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离: $\leq 30\text{mm}$;
- * 4、喉镜片可插入镜片长度: 99mm
- * 5、渐缩型镜片前端厚度: 16mm
- * 6、镜片角度: 42 度
- * 7、视场角 $60^{\circ} \pm 15\%$
- 8、摄像头内置的全密封防水设计高功率 LED 光源, 光照度 $\geq 150\text{Lux}$
- 9、显示器线素不低于 720*480
- 10、分辨率 $\geq 7.72 \text{ LP/mm}$
- * 11、镜片手柄与显示组件的连接: 采用双环卡槽式连接
- * 12、纺锤型短手柄设计, 握持舒适
- * 13、具有特殊防雾功能
- 14、电压范围: 100-240VAC, 50-60HZ
- 15、充电器输入: $\sim 220\text{V}$, 50Hz
- 16、充电器输出: 5V, 1000mA
- 17、充电时间: < 3 小时
- 18、持续放电时间: > 3 小时
- 19、充电次数: > 300 次
- 20、内置可充电式锂电子聚合物电池
- 21、由厂家负责售后服务

以上标注*号为本次重要实质性要求, 不允许有负偏离

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|-------|----|----|----|
| 1 | 显示器 | 1 | 个 | |
| 2 | 镜片 | 1 | 个 | |
| 3 | 电源适配器 | 1 | 个 | |
| 4 | 环保专用箱 | 1 | 个 | |
| 5 | 保修卡 | 1 | 个 | |
| 6 | 说明书 | 1 | 本 | |
| 7 | 合格证 | 1 | 个 | |
| 8 | 装箱单 | 1 | 个 | |
| 9 | 消毒帽 | 2 | 个 | |